
 Tel. (+39).0424.567842 Fax. (+39).0424.567849	DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE EU DECLARATION OF CONFORMITY	Nr. 027940 Pag. 01 di 01										
<p>Nome del fabbricante: Seitron S.p.A. a socio unico <i>Constructor name:</i></p> <p>Indirizzo del fabbricante: Via Prosdocimo, 30 <i>Constructor address:</i> 36061 Bassano del Grappa (VI) Italia</p> <p>dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità che il seguente prodotto: <i>declares under its sole responsibility that following product:</i></p> <p>Nome del prodotto: K6 <i>Product name:</i> Analizzatore industriale di emissioni <i>Industrial emissions analyzer</i></p> <p>Versioni del prodotto: Tutte <i>Product versions:</i> All Nomi commerciali: Chemist 60- - <i>Sales models:</i></p> <p>e' conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione: <i>is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:</i></p> <p>EMC (2014/30/UE): EN-50270 (2006)</p> <p>LVD (2014/35/UE): EN 60335-1 (2012) (Per le parti citate nella norma di prodotto) <i>(For parts mentioned in the Product Standard)</i></p> <p>Di prodotto: EN 50379-1 (2012) <i>(Product):</i> (Requisiti generali e metodi di prova) <i>(General requirements and test methods)</i></p> <p>EN 50379-2¹ (2012) (Requisiti prestazionali per apparecchiature impiegate per ispezioni e valutazioni obbligatorie) <i>(Performances requirements for apparatus used in statutory inspections and assessment)</i></p> <p>RoHS2 (2011/65/UE): EN-50581 (2012) Per i sensori di O₂ elettrochimici vale l'esenzione di cui all'Allegato IV, punto 1b. <i>Electrochemical O₂ sensors are exempted according to Annex IV, point 1b.</i></p> <p>Note aggiuntive: Lo strumento è conforme alla norma italiana UNI 10389-1, per la misurazione del rendimento di combustione. <i>Further notes:</i> This instrument is compliant with the requirements of the Italian standard UNI 10389-1, for combustion efficiency measurement.</p>												
<p>Bassano del Grappa, li 24/01/17</p> <p style="text-align: right;">  Amministratore Delegato Seitron S.p.A. a socio unico </p>												
<p>¹ Valido per le configurazioni che includono uno o più dei seguenti sensori: Valid for configurations equipped with one or more of the following sensors:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td>O₂:</td> <td>Qualunque codice / All codes</td> </tr> <tr> <td>CO+H₂:</td> <td>Cod. AAC SE12 (Low+Mid)</td> </tr> <tr> <td>CO:</td> <td>Cod. AAC SE18 (High)</td> </tr> <tr> <td>NO (optional):</td> <td>Cod. AAC SE10</td> </tr> <tr> <td>SO₂ (optional):</td> <td>Cod. AAC SE13</td> </tr> </table>			O ₂ :	Qualunque codice / All codes	CO+H ₂ :	Cod. AAC SE12 (Low+Mid)	CO:	Cod. AAC SE18 (High)	NO (optional):	Cod. AAC SE10	SO ₂ (optional):	Cod. AAC SE13
O ₂ :	Qualunque codice / All codes											
CO+H ₂ :	Cod. AAC SE12 (Low+Mid)											
CO:	Cod. AAC SE18 (High)											
NO (optional):	Cod. AAC SE10											
SO ₂ (optional):	Cod. AAC SE13											
<p>Seitron S.p.A. a socio unico Via Prosdocimo, 30 36061 Bassano del Grappa (VI) Tel. (+39) 0424.567842 Fax. (+39) 0424.567849</p>												